


单一来源专家论证意见表

2021年03月10日

项目名称	关节镜主机采购项目
采购人	济宁市第二人民医院
项目概况	本次采购内容主要为关节镜主机，预算金额为：38万元。
专家评审意见	<p>采用单一来源采购方式的原因及相关说明：</p> <p>济宁市第二人民医院本次采购的关节镜主机，需与现在用的施乐辉产 450P 型关节镜系统配套联接使用，为保证和现有关节镜系统及现有配套的手术器械兼容，保证手术的安全、准确，需购买同一品牌主机。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”单一来源方式采购之规定。</p> <p>论证结论：本项目应采取单一来源采购方式实施采购。</p>
	<p>签字：</p> <p> 李伟. 李靖 年 月 日 2021 3 10</p>

论证会参会人员签到表

项目名称：关节镜主机采购项目

日期：2021年03月10日

姓 名	单 位	职 务	联系电话
专 家			
李伟	曲阜市人民医院	科主任	13562756040
姜涛	邹城市人民医院	科副主任	18853707303
唐瑞军	济宁市第二人民医院	科副主任	13854780767
参 会 人 员			