

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李亨	
	职称: 工程师	
	工作单位: 济宁市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院自体血液回收机配件称重传感器更换采购项目	
	供应商名称: 山东铭源聚生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>我单位所用自体血液回收机为美国血液技术公司生产, 所需更换配件称重传感器为该厂家特制件, 具有唯一性。</p> <p>山东铭源聚生物科技有限公司为该厂家在该产品我院唯一服务提供者, 建议单一来源购置。</p>	
专业人员签字	李亨	日期: 2023.8.28

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 宗恩亮	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济宁市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院自体血液回收机配件称重传感器更换采购项目	
	供应商名称: 山东铭源聚生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;"> 我院使用的CE-E-CM自体血液回收机开机自检报应液称重错误, 经设备科与厂家工程师判定为称重传感器故障, 需更换配件, 经查询该配件是设备厂家特制件, 具有唯一性。 </p>	
专业人员签字	宗恩亮	日期: 2023.9.28

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 鲁洲	
	职称: 工程师	
	工作单位: 济宁二院	
项目信息	项目名称: 济宁市第二人民医院自体血液回收机配件称重传感器更换采购项目	
	供应商名称: 山东铭源聚生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">我院使用的自体血液回收机开机自检报错废液称重错误, 需更换称重传感器。经查询该配件为设备生产厂家定制件, 具有单一性。</p>	
专业人员签字	鲁洲	日期: 2023.9.28

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写